

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT**

ESR CONTROL CUBE

REF:

10435 (4x9 ml)

10436 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	906	906	906
	2023-02	2023-02	2023-02
	2024-08	2024-08	2024-08

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
VES-Matic Cube 30	6	1-14	62	37-87	OFF
VES-Matic Cube 80/VES-Matic Cube 200/Ves-Matic Cube Track	6	1-14	46	21-71	OFF
MINI-CUBE/Cube 30 touch/ Ves Matic 5	5	1-14	49	24-74	ON

Data/Date

10/03/2023

Testato da/Tested by:

 Katia Tanzini
Approvato da/Approved by:

 Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)