

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39

Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT**

ESR CONTROL CUBE

REF:

10435 (4x9 ml)

10436 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS


	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	921	921	921
	2023-05	2023-05	2023-05
	2024-11	2024-11	2024-11

RISULTATI/RESULTS


	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
VES-Matic Cube 30	6	1-14	64	39-89	OFF
VES-Matic Cube 80/VES-Matic Cube 200/Ves-Matic Cube Track	6	1-14	47	22-72	OFF
MINI-CUBE/Cube 30 touch/ Ves Matic 5	5	1-14	45	20-70	ON

Data/Date

19/06/2023

Testato da/Tested by:

Katia Tanzini

Approvato da/Approved by:

Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)