

**DIESSE Diagnostica Senese SpA**

Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni SIENA
Tel. ++39/0577/ 587111 - Fax ++39/0577/318690

CHORUS CFT CONTROL SERUM**Pokyny pro použití kontrolních sér pro komplement fixační test (CFT)**

(CZ)

Tyto pokyny jsou určeny pro kontrolní séra uvedená v následující tabulce:

Produkt	REF
CHORUS CAMPYLOBACTER CONTROL SERUM	85895
CHORUS COXSACKIE B CONTROL SERUM	85903
CHORUS LEPTOSPIRA CONTROL SERUM	85896
CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM	85875
CHORUS PARAINFLUENZA CONTROL SERUM	85893
CHORUS SHIGELLA CONTROL SERUM	85932
CHORUS YERSINIA CONTROL SERUM	85931

SLOŽENÍ**CONTROL + CFT-MAT POZITIVNÍ KONTROLA**

1 lahvička x 0,5 ml

Obsah: Sérum pro pozitivní kontrolu se známou koncentrací (koncentrace je uvedena na štítku).

Příprava: přípravek připravený k použití. Použijte jako vzorek při analýze.

SKLADOVÁNÍ A STABILITA REAGENCIÍ

Kontrolní séra je nutné skladovat při teplotě 2-8 °C.

Datum spotřeby je vytištěno na vnějším štítku balení. Stabilita produktu po otevření lahvičky je zaručena po dobu dvou měsíců při 2-8 °C.

Po otevření lahvičky lze kontrolní séra skladovat rovněž při teplotě -20 °C, a to v malých dávkách, aby se zamezilo opakovanému rozmrazování. V takovém případě je stabilita zaručena po dobu 3 let.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

URČENO POUZE K DIAGNOSTICE IN VITRO.

Všechna séra jsou zvířecího původu a jsou testována na nepřítomnost možných infekčních látek. V každém případě je nutno se všemi séry zacházet opatrně, jako by byla potenciálně infikovaná.

POSTUP

Inaktivujte po dobu 30 minut při 56 °C a použijte jako vzorek při analýze.

Pozor: Při semikvantitativním sérologickém stanovení je všeobecně akceptován výsledek ± 1 ředění oproti uvedenému.

Instrucțiuni de utilizare pentru Serul de control pentru reacția de fixare a complementului (CFT)

(RO)

Aceste instrucțiuni se referă la serurile de control menționate mai jos:

Prodottu	REF
CHORUS CAMPYLOBACTER CONTROL SERUM	85895
CHORUS COXSACKIE B CONTROL SERUM	85903
CHORUS LEPTOSPIRA CONTROL SERUM	85896
CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM	85875
CHORUS PARAINFLUENZA CONTROL SERUM	85893
CHORUS SHIGELLA CONTROL SERUM	85932
CHORUS YERSINIA CONTROL SERUM	85931

COMPOZITIE**CONTROL + CFT-MAT CONTROL POZITIV**

1 fiola x 0,5 ml

Continut: See Control pozitiv cu titru cunoscut (inscripționat pe eticheta). Gata de utilizare. Se utilizează ca orice probă.

DEPOZITARE ȘI STABILITATEA REACTIVULUI

Serul de control trebuie păstrat la 2 - 8 °C.

Data de expirare este inscripționată pe eticheta. După deschidere este stabil 2 luni la 2 - 8 °C.

După deschidere serul de control poate fi depozitat la -20 °C în volume mici, pentru a evita ciclurile repetate de înghețare / deghetare. În acest caz este stabil 3 ani.

PRECAUȚII

NUMAI PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO.

Toate serurile sunt de origine animală și au fost testate pentru absența posibilelor agenți infecțioși. În orice caz, toate serurile trebuie considerate ca potențial infecțioase.

PROCEDURA

Decomplementare pentru 30 minute la 56 °C și utilizați ca orice altă probă pentru testat.

Atenție: În analizele serologice semicantitative, un rezultat cu ± 1 diluție față de valoarea declarată, este acceptat.

**DIESSE Diagnostica Senese SpA**

Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni SIENA
Tel. ++39/0577/ 587111 - Fax ++39/0577/318690

CHORUS CFT CONTROL SERUM**Gebrauchsanleitung für die Kontrollseren für die Komplementbindungsreaktion (CFT)**

(DE)

Diese Anleitungen gelten für die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Kontrollseren:

Produkt	REF
CHORUS CAMPYLOBACTER CONTROL SERUM	85895
CHORUS COXSACKIE B CONTROL SERUM	85903
CHORUS LEPTOSPIRA CONTROL SERUM	85896
CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM	85875
CHORUS PARAINFLUENZA CONTROL SERUM	85893
CHORUS SHIGELLA CONTROL SERUM	85932
CHORUS YERSINIA CONTROL SERUM	85931

ZUSAMMENSETZUNG**CONTROL + CFT-MAT POSITIVKONTROLLSERUM**

1 Fläschchen zu 0,5 ml

Inhalt: positives Kontrollserum mit bekanntem Titer (der Titer ist auf dem Etikett angegeben).

Präparation: gebrauchsfertig. Wie eine zu analysierende Probe zu verwenden.

AUFBEWAHRUNG UND HALTBARKEIT DES REAGENZES

Die Kontrollseren sind bei 2-8 °C aufzubewahren.

Das Verfallsdatum ist auf dem Außenetikett der Packung aufgedruckt. Nach Öffnen des Fläschchens ist das Produkt bei 2-8 °C 2 Monate haltbar.

Nach Öffnen des Fläschchens können die Kontrollseren auch bei -20 °C aufbewahrt werden, in kleine Mengen unterteilt um wiederholtes Auftauen zu vermeiden. In diesem Fall beträgt die Haltbarkeit 3 Jahre.

VORSICHTSMASSNAHMEN

NUR ZUR IN-VITRO-DIAGNOSE.

Alle Seren sind tierischer Herkunft und wurden auf die Abwesenheit potentieller infizierender Bestandteile untersucht. Alle Seren müssen dennoch stets mit Vorsicht als potentiell infiziert behandelt werden.

VERFAHREN

Bei 56 °C 30 Minuten lang inaktivieren und wie eine zu analysierende Probe verwenden.

Achtung: Bei semi-quantitativen Bestimmungen wird im Allgemeinen ein Ergebnis von ± 1 Verdünnung des angegebenen Wertes akzeptiert.

	RO DE EN	Data fabricatiei Herstellungsdatum Date of manufacture
	RO DE EN	A se folosi pana la Verwendbar bis Use By
	RO DE EN	A nu se refolosi Nicht zur Wiederverwendung Do not reuse
	RO DE EN	Atentie, consultati documentele insotitoare Achtung, Begleitdokumente beachten Caution, consult accompanying documents
	RO DE EN	Productator Hersteller Manufacturer
	RO DE EN	Continut sufficient pt <n> teste Inhalt ausreichend für <n> Prüfungen Contains sufficient for <n> tests
	RO DE EN	Limita de temperatura Temperaturbegrenzung Temperature limitation
	RO DE EN	Pentru utilizare consultati instructiunile Gebrauchsanweisung beachten Consult Instructions for Use
	RO DE EN	Risk biologic Biogefährdung Biological risks
	RO DE EN	Numar de catalog Bestellnummer Catalogue number
	RO DE EN	Dizpozitiv medical pentru diagnosticare <i>in vitro</i> In-Vitro-Diagnostikum In Vitro Diagnostic Medical Device
	RO DE EN	Numar de dispozitive (stripuri) Geräte Devices
	RO DE EN	Lot Chargenbezeichnung Batch code
	RO DE EN	Marcajul de conformitate CE CE-Konformität Skennzeichnung CE marking of conformity