

**DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA**

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39  
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

**CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE****PRODOTTO/PRODUCT**

ESR CONTROL

**REF:**

10430 (4x9 ml)

10434 (2x9 ml)

**REAGENTI/REAGENTS**

|      | Kit     | Level 1 | Level 2 |
|------|---------|---------|---------|
| Lot: | 069     | 914     | 914     |
|      | 2023-04 | 2023-04 | 2023-04 |
|      | 2024-10 | 2024-10 | 2024-10 |

**RISULTATI/RESULTS**

|                            | Level 1              |       | Level 2              |        | Temp. |
|----------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------|-------|
|                            | Risultato/<br>Result | Range | Risultato/<br>Result | Range  |       |
| MINI-VES                   | 6                    | 1-14  | 88                   | 63-113 | OFF   |
| VES-Matic Easy             | 4                    | 1-14  | 74                   | 49-99  | ON    |
| VES-Matic 10               | 4                    | 1-14  | 82                   | 57-107 | ON    |
| VES-Matic 20               | 4                    | 1-14  | 82                   | 57-107 | ON    |
| VES-Matic 30               | 2                    | 1-12  | 86                   | 61-111 | ON    |
| VES-Matic 60               | 4                    | 1-14  | 91                   | 66-116 | ON    |
| VES-Matic 30 "Fast method" | 20                   | 2-38  | 108                  | 83-133 | ON    |
| VES-Matic Original         | 1                    | 1-11  | 98                   | 73-123 | ON    |

**Data/Date**

28/04/2023

**Testato da/Tested by:**
  
 Katia Tanzini
**Approvato da/Approved by:**
  
 Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)