

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39

Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT**

ESR CONTROL

REF:

10430 (4x9 ml)

10434 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	070	921	921
	2023-05	2023-05	2023-05
	2024-11	2024-11	2024-11

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
MINI-VES	11	3-19	88	63-113	OFF
VES-Matic Easy	5	1-14	75	50-100	ON
VES-Matic 10	4	1-14	74	49-99	ON
VES-Matic 20	6	1-14	76	51-101	ON
VES-Matic 30	4	1-14	81	56-106	ON
VES-Matic 60	7	1-15	88	63-113	ON
VES-Matic 30 "Fast method"	37	19-55	105	80-130	ON
VES-Matic Original	2	1-12	91	66-116	ON

Data/Date

16/06/2023

Testato da/Tested by:
Katia Tanzini**Approvato da/Approved by:**
Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)