



DIESSE Diagnostica Senese Spa
Sede Legale e Amm.ne: 20144 Milano - Via A. Solari, 19 - Italy
Tel.: +39 02 48.59.121 r.a. - Fax: +39 02 48.12.117
Capitale Sociale: euro 3.021.563
C.C.I.A.A. N°Rea 1045219 - Registro Impr. Milano: 05871140157
Partita IVA e Codice Fiscale N°05871140157
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Duomodiat S.r.l
www.diesse.it

IO-09-365

Chapter V

CERTIFICATE OF ANALYSIS

CODE	PRODUCT NAME	LOT	EXPIRY DATE	PREP DATE
10438	SediCheck Cube 200/80 4 x 3 ml	029	2024-08	2023-08

Level I (NORMAL Level) lot 935	Test conditions	VES 1 st hour	Range of acceptability
VES-MATIC CUBE 80/200	Temperature OFF	3	1-13
Ves Matic 5	Temperature ON		

Level II (ABNORMAL Level) lot 935	Test conditions	VES 1 st hour	Range of acceptability
VES-MATIC CUBE 80/200	Temperature OFF	70	40-110
Ves Matic 5	Temperature ON		

Date: 07/11/2023


Signature (Head Quality Control)